

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa resin komposit sinar tampak yang telah kadaluarsa selama 6 bulan dan 1 tahun menunjukkan perbedaan yang bermakna pada kekuatan tarik diametralnya dibanding resin komposit sinar tampak yang tepat waktu kadaluarsa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan yang cukup berarti dalam hal kekuatan tarik diametral, sehingga kita sebagai dokter gigi hendaknya tidak menggunakan resin komposit yang telah kadaluarsa. Selain itu kita juga tidak mengetahui efek samping lain yang akan timbul bila kita menggunakan resin komposit yang kadaluarsa.
2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang efek samping yang ditimbulkan bila komposit yang telah kadaluarsa diaplikasikan dalam rongga mulut.