

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pemeriksaan mikrobiologis Modified Congo red Agar memiliki sensitivitas 100% dan spesifisitas 6.67% dalam mendeteksi produksi biofilm *Enterococcus faecalis* terhadap Microtiter Plate Assay sebagai gold standar deteksi produksi biofilm dari isolat klinis di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya
2. Pemeriksaan mikrobiologis Congo red Agar memiliki sensitivitas 100 % dan spesifisitas 6.67% dalam mendeteksi produksi biofilm *Enterococcus faecalis* terhadap Microtiter Plate Assay sebagai gold standar deteksi produksi biofilm dari isolat klinis RSUD. dr. Soetomo Surabaya

7.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian perlu dipertimbangkan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang representatif terhadap masing-masing Metode pemeriksaan.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang lebih memfokuskan terhadap penggunaan masing-masing device dengan menggunakan salah satu Metode pemeriksaan